

DORA, DORA Plus用 補修部品
使用説明書

【用途】

本製品は、DORA, DORA Plusの補修に使用すること。

【仕様、包装】

製品番号	製品名	包装単位
6500010	模型プレート	1個/包装

【使用上のご注意】

- 用途以外に使用しないこと。
- 使用前に変形や破損等がないか確認し、変形、破損、腐食等があるものは使用しないこと。
- 本製品の加工、改造は行わないこと。
- 本製品は十分な知識及び技能を有する歯科医療有資格者以外は使用しないこと。また、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【交換方法】

本体製品DORA, DORA Plusの取扱説明書を参照すること。

【本体製品 届出内容】

分 類 : 一般医療機器
一 般 的 名 称 : 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
販 売 名 : ドーラ 届 出 番 号 : 14B3X00019000012
販 売 名 : ドーラ プラス 届 出 番 号 : 14B3X00019000015

【製造販売元】*

デジタルプロセス株式会社
〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-24-13 第一伊藤ビル 8F
dipro-dental@cs.jp.fujitsu.com