

アーキュレスTM(固定式)使用説明書

【用途】

本製品は、上顎、下顎模型の咬合関係を決めるために使用します。

【仕様、包装】

製品番号	製品名	包装単位
6500111	アーキュレス(固定式)	1式/包装

【使用上のご注意】

- 用途以外に使用しないこと。
- 使用前に変形や破損等がないか確認し、変形、破損、腐食等があるものは使用しないこと。
- 本製品の加工、改造は行わないこと。
- 本製品は十分な知識及び技能を有する者以外は使用しないこと。また、十分な知識及び技能を有する者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

【使用方法】

アーキュレス(固定式)マニュアルを参照すること。

【耐用期間】

指定された使用条件、保管方法で使われた場合は5年。ただし、耐用期間は使用状況によって変動する。

【製造販売元】 *

デジタルプロセス株式会社
〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-24-13 第一伊藤ビル 8F
dipro-dental@cs.jp.fujitsu.com